



Audit-Protokoll zur Erlangung des Hygienesiegels „Geprüfte Praxishygiene“

Modul „Allgemeine Praxishygiene“

Praxis:

Auditor:

Datum:

1. Organisatorische Voraussetzungen

1.1 Die Praxis verfügt über einen Hygieneplan. Der Überarbeitungsstand ist nicht älter als 2 Jahre. Beispielhaft werden die Ausführungen zu zwei Themen auf sachliche Richtigkeit überprüft.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.2 Schriftliche Regelungen zu folgenden Themenbereichen liegen vor:

- Umgang mit Schutzausrüstung (inkl. Handschuhe)
- Umgang mit Praxiswäsche
- Abfallentsorgung
- Umgang mit infektiösen Patienten
- Hygienemaßnahmen zur Haut- und Schleimhautdesinfektion
- Hygienische Händedesinfektion (Indikationen, Durchführung, Präparate)

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.3 Alle Beschäftigten haben Zugang zum Hygieneplan und wissen, wie er einzusehen ist. Exemplarisch werden zwei MitarbeiterInnen gebeten, dem Auditor ein konkretes Thema im Hygieneplan zu zeigen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrücke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 2 von 18

1.4 Alle Beschäftigten erhalten mind. einmal jährlich eine Hygieneschulung, bei der auch der Umgang mit dem Hygieneplan thematisiert wird. Die Teilnehmerliste der letzten Schulung wird eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.5 Die Aufbereitung der Praxiswäsche findet NICHT im häuslichen Bereich statt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2. Händehygiene

Verwendete Präparate zur hygienischen Händedesinfektion:

2.1 Handwaschplätze sind an relevanten Orten vorhanden und entsprechen den Vorgaben.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 3 von 18

2.2 Anforderungen an dem Umgang mit Spendern (Seife, Desinfektionsmittel, Einmalhandtücher) werden erfüllt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.3 Alle Armaturen, die von Beschäftigten mit direktem Patientenkontakt genutzt werden, sind mit verlängerter Hebelarmatur zu bedienen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.4 Der Wasserstrahl ist nicht direkt auf den Siphon gerichtet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.5 Strahlreger sind frei von Verkalkung.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 4 von 18

2.6 Spender für Handwaschpräparate werden mit verlängerter Hebelarmatur oder anderen Vorrichtungen, die eine Kontamination des Bedienelements verhindern, bedient.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.7 Bei Verwendung flüssiger Handwaschpräparate wird das Nachfüllen nicht entleerter und nicht nachfolgend aufbereiteter Seifenspender wegen des Kontaminationsrisikos unterlassen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.8 Präparate zum Hautschutz sind an den Handwaschplätzen vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.9 Die Anbruchdaten der Händedesinfektionsmittel sind vermerkt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 5 von 18

2.10 Händedesinfektionsmittel sind an den relevanten Stellen verfügbar. Das Präparat ist mind. begrenzt viruzid innerhalb einer Einwirkzeit von 30 Sek. (Suspensionsversuch). Es ist VAH-gelistet oder erfüllt vergleichbare Bedingungen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.11 Den MitarbeiterInnen sind die Indikationen zur hygienischen Händedesinfektion und die korrekte Durchführung bekannt. Es wird eine Mitarbeitende gebeten, eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.12 Die Indikationen zur Benutzung (und Nichtbenutzung) von medizinischen Einmalhandschuhen sind bekannt. Eine(r) MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrücke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 6 von 18

2.13 Mitarbeitende, die Tätigkeiten mit Indikationen zur Händedesinfektion durchführen, tragen an den Händen keinen Schmuck oder Uhren. Die Fingernägel sind nicht „modifiziert“ (d.h. frei von künstlichen Nägeln, Nagellack etc.). Während der Praxisbegehung werden die angetroffenen Personen gebeten, ihre Hände zu zeigen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3. Oberflächen und Böden

Verwendete Präparate zur Flächendesinfektion:

3.1 Alle Fußböden sind leicht zu reinigen und im Falle einer Kontamination zu desinfizieren.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.2 Es existiert ein Reinigungs- und Desinfektionsplan, in dem für alle Flächen festgelegt ist, wann, womit und wie diese zu reinigen bzw. desinfizieren sind, inklusive Angaben zur Wiederbenutzung.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 7 von 18

3.3 Den Mitarbeitenden ist bekannt, wann Einwirkzeiten vor Wiederbenutzung abzuwarten sind und wie lange diese Einwirkzeiten sind. Hierzu wird ein(e) MitarbeiterIn befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.4 Der Fußboden ist für eine Reinigung/Desinfektion frei zugänglich.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.5 Hygienisch relevante Oberflächen sind aus desinfizierbarem Material und leicht zu desinfizieren.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.6 Im Desinfektionsplan aufgeführte Präparate und tatsächlich verwendete Präparate stimmen überein.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrücke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 8 von 18

3.7 Werden Tuchspendesysteme benutzt, so ist die Kompatibilität von Tüchern und dem Desinfektionsmittel gewährleistet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.8 Werden aufbereitbare Tuchspendesysteme benutzt, so wird die Verwendungsdauer und die Aufbereitung des Systems vor Wiederbenutzung eingehalten.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.9 Anbruchdaten von Gebinden mit Desinfektionsmittel sind notiert. Die Standzeiten sind bekannt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.10 Falls Desinfektionsmittel von Hand dosiert werden, so sind genaue Dosieranleitungen und Dosierhilfen vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 9 von 18
	Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		

3.11 Falls Desinfektionsmitteldosiergeräte verwendet werden, so werden diese regelmäßig gewartet.
Das letzte Wartungsprotokoll wird eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.12 Werden Wischtextilien in der Praxis aufbereitet, so wird ein Desinfektionswaschverfahren angewendet.
Die Wirksamkeit wird jährlich kontrolliert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.13 Wischtextilien werden vollständig getrocknet gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 10 von 18

4. Lagerung

4.1 Medizinprodukte/Sterilgüter werden geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und UV-Strahlung gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.2 Die Lagerung von Sterilgut erfolgt gemäß der beabsichtigten Lagerdauer sachgemäß.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.3 Unter dem Siphon werden keine sauber zur Anwendung kommenden Gegenstände gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 11 von 18

4.4 Private Lebensmittel werden nicht zusammen mit Arzneimitteln/Medizinprodukten in einem Kühlschrank gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5. Aseptische Tätigkeiten und Medikamente

Verwendetes Hautantiseptikum:

5.1 Flächen für aseptische Tätigkeiten werden vor (ggf. nach) Benutzung sachgerecht desinfiziert. Dieses ist im Reinigungs- und Desinfektionsplan verschriftlicht.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.2 Arbeitsflächen in der Nähe von Waschbecken sind durch einen Spritzschutz abgetrennt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 12 von 18

5.3 Die Einwirkzeit des Hautdesinfektionsmittels für die relevanten Indikationen ist verschriftlicht und bekannt. Ein(e) MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.4 Die relevanten aseptischen Arbeitstechniken im Zusammenhang mit Blutabnahme, Anlage von PVK, Infusionstherapie, etc. (ja nach Vorkommen) sind bekannt und verschriftlicht. Ein(e) Mitarbeiterin kann diese erläutern.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.5 Nadeln und Kanülen werden, soweit technisch möglich, mit Sicherheitsmechanismus verwendet. Abfallbehältnisse nach DIN EN ISO 23907 sind am Verwendungsort verfügbar.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 13 von 18

5.6 Die Mehrfachentnahme von Arzneimitteln aus nicht ausgewiesenen Mehrdosisbehältnissen wird unterlassen. Eine MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.7 Der Umgang mit Mehrfachentnahmebehältnissen (falls vorhanden) ist bekannt. Eine MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.8 Medikamente werden vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.9 Ist eine Medikamentenkühlschrank vorhanden, so werden die Minimal- und Maximaltemperaturen arbeitstäglich dokumentiert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 14 von 18

5.10 Die Arzneimittel werden gemäß einer schriftlichen Regelung auf Verfall kontrolliert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.11 Nach Anbruch von Tuben, Tropfenflaschen o.ä. wird das Verwendbarkeitsdatum notiert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

5.12 Bei Mehrfachentnahme aus Tuben, Tropfflaschen o.ä. wird eine Kontamination durch Patienten- oder Fingerkontakt vermieden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 15 von 18

6. Umgang mit Medizinprodukten

6.1 Ein Verzeichnis der aktiven Medizinprodukte ist vorhanden. Messtechnische oder sicherheitstechnische Kontrollen werden eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.2 Ein Verzeichnis der aufzubereitenden Medizinprodukte mit der Risikobewertung und -einstufung ist vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.3 Aufbereitungsmaßnahmen der Medizinprodukte sind schriftlich festgelegt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 16 von 18

6.4 Lagerbedingungen und Lagerdauer von keimarmen Medizinprodukten und Sterilgut sich schriftlich festgelegt und werden regelmäßig kontrolliert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.5 Für die Aufbereitung von semikritischen und kritischen Medizinprodukten sind reine und unreine Bereiche in der Aufbereitungseinheit vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.6 Die Mittel zur manuellen Instrumentenaufbereitung sind richtig ausgewählt und werden korrekt angewendet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 17 von 18

6.7 Die Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösung wird mindestens täglich sowie bei sichtbarer Verschmutzung gewechselt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.8 Die Einzelschritte der Aufbereitung sind geregelt und in Arbeitsanweisungen schriftlich hinterlegt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Info: Eine tiefere Prüfung der Aufbereitung von semikritischen und kritischen Medizinprodukten findet in dem Modul „Medizinprodukteaufbereitung“ statt.

Erstellt am: 2023-01-09	Geprüft am: 2023-01-17 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-09	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version! Dateiname: 2023-01-09 Audit-Protokoll Allgemeine Praxishygiene		Seite 18 von 18